



財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認證證書

(證書編號：L1735-240222)

茲證明

量測科技股份有限公司  
南區服務部校正實驗室

高雄市大社區大社路 92 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018  
認證編號：1735  
初次認證日期：九十六年二月十六日  
認證有效期間：一百一十一年二月十六日至一百一十四年二月十五日止  
認證範圍：校正領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年二月二十二日

認證編號：1735  
實驗室主管：高偉權

## 長度

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KA1001 塊規(鋼質) 長塊規(鋼質)	塊規 PTW B-100 級 長塊規 TESA/---	自訂之塊規量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-014) 自訂之長塊規校正程序 (MT-C-95-132)	125	mm	125	mm	鋼質	0.50	μm
			150	mm	150	mm	鋼質	0.52	μm
			175	mm	175	mm	鋼質	0.56	μm
			200	mm	200	mm	鋼質	0.58	μm
			250	mm	250	mm	鋼質	0.66	μm
			300	mm	300	mm	鋼質	0.74	μm
			400	mm	400	mm	鋼質	0.90	μm
			500	mm	500	mm	鋼質	1.08	μm
			0.5	mm	10	mm	鋼質	0.10	μm
			> 10	mm	15	mm	鋼質	0.11	μm
			> 15	mm	25	mm	鋼質	0.13	μm
			> 25	mm	75	mm	鋼質	0.23	μm
			> 75	mm	100	mm	鋼質	0.28	μm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									
KA1006 間隙規	外徑測微器 /Mitutoyo /MDC-1"SB	自訂之間隙規校正程序 (文件編號: MT-C-99-007)	0	mm	3	mm		0.002	mm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KA1017 三線規 /針規	標準針規 /MTC/---	自訂之三線規/針規校正程序 (文件編號: MT-C-95-134)	0.1	mm	15	mm	三線規:(鋼質與陶瓷), 外徑	1.1	μm
			0.1	mm	15	mm	針規:(鋼質與陶瓷), 外徑	0.9	μm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									
KA2001 直尺	標準捲尺 /B-Y/5 m	自訂之直尺校正程序 (文件編號: MT-C-97-002)	0	cm	200	cm		0.04	cm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									
KA2002 捲尺	標準捲尺 /B-Y/5 m	自訂之捲尺校正程序 (文件編號: MT-C-95-095)	0	cm	500	cm		0.04	cm
			0	cm	1000	cm		0.06	cm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									
KA2015 測厚計	塊規 /TSUGAMI/B1	自訂之測厚計校正程序 /MT-C-96-013	0	mm	10	mm	數位式(解析度: 0.01 mm)	0.01	mm
			0	mm	10	mm	數位式(解析度: 0.001 mm)	0.001	mm
			0	mm	20	mm	針盤式(解析度: 0.01 mm)	0.006	mm
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									
KA2099 測距輪	標準捲尺 /B-Y/5 m	自訂之測距輪校正程序 (MT-C-109-012)	0	m	1	m		0.02	m
報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權									



## 質量/力量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位	說明	數值	單位
KC2004 推拉力計	標準法碼 METTLER/1 g to 200 g CHINA SCALES/100 g to 2000 g CHINA SCALES/100 g to 10 kg	自訂之推拉力計校正程序 (MT-C-106-015)	0.01 (0.001)	N (kgf)	9.8 (1)	N (kgf)	數位式	0.06 (0.006)	N (kgf)
			0.01 (0.001)	N (kgf)	98 (10)	N (kgf)	數位式	0.10 (0.010)	N (kgf)
			0.1 (0.01)	N (kgf)	490 (50)	N (kgf)	數位式	0.4 (0.04)	N (kgf)
			0.5 (0.005)	N (kgf)	9.8 (1)	N (kgf)	針盤式	0.10 (0.010)	N (kgf)
			0.5 (0.05)	N (kgf)	98 (10)	N (kgf)	針盤式	0.5 (0.05)	N (kgf)
			2.5 (0.25)	N (kgf)	490 (50)	N (kgf)	針盤式	1 (0.10)	N (kgf)
			報告簽署人: 朱維信; 吳敏超; 徐澄欽; 高偉權						
KC4001 扭力扳手	扭力校正器 (NORBAR/50592.LOG/43228) 扭力校正器 (NORBAR/50593.LOG/43228) 扭力校正器 (NORBAR/50772.LOG/43228)	自訂之扭力扳手校正程序 (MT-C-110-004)	1	N·m	<25	N·m	順向, 逆向	1.3	%
			25	N·m	<100	N·m	順向, 逆向	1.7	%
			100	N·m	1000	N·m	順向, 逆向	1.1	%
報告簽署人: 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 黃健銘									
KC4002 扭力起子	扭力校正器 (Norbar/43213) 扭力校正器 (TOHNICHI/TDT60CN3-G)	自訂之扭力起子校正程序 (MT-C-110-005)	0.02	N·m	<0.6	N·m	順向, 逆向	1.6	%
			0.6	N·m	10	N·m	順向, 逆向	1.8	%
報告簽署人: 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 黃健銘									



## 溫度/濕度

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KE1001 玻璃溫度計	白金電阻溫度計: FLUKE/5681; 溫度錶: FLUKE/1595A	自訂之玻璃溫度計量測 系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-015)	-80	°C	300	°C	全浸入式及 部份浸入式	0.016	°C
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 林進亮; 徐澄欽									
KE1002 (白金) 電阻 溫度計	白金電阻溫度計: FLUKE/5681; 溫度錶: FLUKE/1595A; 水三相點: FLUKE/5901B-G	自訂之電阻式溫度計量 測系統校正程序 (文件編號: MT-C-97-001)	-80	°C	300	°C	電阻式溫度 計	0.016	°C
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 林進亮; 徐澄欽; 蔡順進									
KE1004 熱電偶 (R, S, K, N, E, T, J 型)	白金電阻溫度計 FLUKE 5628 白金電阻溫度計 FLUKE 5624 熱電偶 THERMOWAY/R TYPE	自訂之熱電偶校正程序 (MT-C-107-008)	≥-80	°C	≤50	°C	K TYPE	0.22	°C
			>50	°C	≤600	°C	K TYPE	0.16	°C
			>600	°C	≤1000	°C	K TYPE	0.83	°C
			>1000	°C	≤1200	°C	K TYPE	2.1	°C
			≥0	°C	≤50	°C	R TYPE	0.11	°C
			>50	°C	≤600	°C	R TYPE	0.11	°C
			>600	°C	≤1000	°C	R TYPE	0.83	°C
			>1000	°C	≤1200	°C	R TYPE	2.1	°C
			≥0	°C	≤50	°C	S TYPE	0.11	°C
			>50	°C	≤600	°C	S TYPE	0.11	°C
>600	°C	≤1000	°C	S TYPE	0.89	°C			
>1000	°C	≤1200	°C	S TYPE	2.1	°C			
≥-80	°C	≤50	°C	N TYPE	0.22	°C			





項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KE1004 熱電偶 (R, S, K, N, E, T, J 型)	白金電阻溫度計 FLUKE 5628 白金電阻溫度計 FLUKE 5624 熱電偶 THERMOWAY/R TYPE	自訂之熱電偶校正程序 (MT-C-107-008)	>50	°C	≤600	°C	N TYPE	0.13	°C
			>600	°C	≤1000	°C	N TYPE	0.83	°C
			>1000	°C	≤1200	°C	N TYPE	2.1	°C
			≥-80	°C	≤50	°C	E TYPE	0.22	°C
			>50	°C	≤600	°C	E TYPE	0.13	°C
			>600	°C	≤900	°C	E TYPE	0.82	°C
			≥-80	°C	≤50	°C	J TYPE	0.22	°C
			>50	°C	≤600	°C	J TYPE	0.11	°C
			>600	°C	≤700	°C	J TYPE	0.80	°C
			≥-80	°C	≤50	°C	T TYPE	0.22	°C
			>50	°C	≤400	°C	T TYPE	0.11	°C
報告簽署人: 王建聯; 朱維信; 林進亮; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									
KE1005 熱電偶溫度計	白金電阻溫度計 FLUKE/5624; FLUKE/5628; 熱電偶溫度計 THERMOWAY/R TYPE	自訂之熱電偶溫度計校正程序 (文件編號: MT-C-107-007)	≥0	°C	≤50	°C	R Type	0.11	°C
			> 50	°C	≤600	°C	R Type	0.11	°C
			> 600	°C	≤1000	°C	R Type	0.83	°C
			> 1000	°C	≤1200	°C	R Type	2.1	°C
			≥0	°C	≤50	°C	S Type	0.11	°C
			> 50	°C	≤600	°C	S Type	0.11	°C
			> 600	°C	≤1000	°C	S Type	0.89	°C
			> 1000	°C	≤1200	°C	S Type	2.1	°C
			≥-80	°C	≤50	°C	K Type	0.22	°C
			> 50	°C	≤600	°C	K Type	0.16	°C
			> 600	°C	≤1000	°C	K Type	0.83	°C
> 1000	°C	≤1200	°C	K Type	2.1	°C			
≥-80	°C	≤50	°C	N Type	0.22	°C			
> 50	°C	≤600	°C	N Type	0.13	°C			



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KE1005 熱電偶溫度計	白金電阻溫度計 FLUKE/5624; FLUKE/5628; 熱電偶溫度計 THERMOWAY/R TYPE	自訂之熱電偶溫度計校正程序 (文件編號: MT-C-107-007)	> 600	°C	≤ 1000	°C	N Type	0.83	°C
			> 1000	°C	≤ 1200	°C	N Type	2.1	°C
			≥ -80	°C	≤ 50	°C	E Type	0.22	°C
			> 50	°C	≤ 600	°C	E Type	0.13	°C
			> 600	°C	≤ 900	°C	E Type	0.82	°C
			≥ -80	°C	≤ 50	°C	J Type	0.22	°C
			> 50	°C	≤ 600	°C	J Type	0.11	°C
			> 600	°C	≤ 700	°C	J Type	0.80	°C
			≥ -80	°C	≤ 50	°C	T Type	0.22	°C
			> 50	°C	≤ 400	°C	T Type	0.11	°C
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 林進亮; 徐澄欽; 高偉權									
KE1010 恆溫裝置 (含遊校)	多通道資料蒐集器 FLUKE/1586A	自訂之恆溫恆濕裝置校正程序 /MT-C-108-005	15	°C	50	°C		0.6	°C
報告簽署人: 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									
KE1099 可攜帶式溫度計 溫度記錄器	多通道資料蒐集器 FLUKE/1586A	自訂之溫濕度-溫度儀器校正程序 /MT-C-109-016	15	°C	50	°C		0.8	°C
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									
KE1099 溫度校正爐 恆溫爐 (乾式恆溫爐) 高溫爐	白金電阻溫度計 FLUKE/5624; FLUKE/5628	自訂之溫度校正爐量測校正程序 (文件編號: MT-C-103-022)	≥ -80	°C	≤ 600	°C		0.5	°C
			> 600	°C	≤ 1000	°C		1.0	°C
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 林進亮; 徐澄欽									



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KE2001 溫濕度計 濕度計	數位式溫濕度計 ROTRONIC /HYGROLOG HL-NT3-DP 多通道資料蒐集器 FLUKE/1586A	自訂之溫濕度-溫度儀器校正程序 /MT-C-109-016	15	°C	50	°C		0.8	°C
			40	%	90	%	相對溼度	4.3	%
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									
KE2004 溫濕度記錄器	數位式溫濕度計 ROTRONIC /HYGROLOG HL-NT3-DP 多通道資料蒐集器 FLUKE/1586A	自訂之溫濕度-溫度儀器校正程序 /MT-C-109-016	15	°C	50	°C		1.0	°C
			40	%	90	%	相對溼度	4.3	%
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									
KE2005 恆溫恆濕裝置 (含遊校)	數位式溫濕度計 ROTRONIC /HYGROLOG HL-NT3-DP 多通道資料蒐集器 FLUKE/1586A	自訂恆溫恆濕裝置校正程序 /MT-C-108-005	15	°C	50	°C		0.6	°C
			40	%	90	%	相對溼度	4.0	%
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 徐澄欽; 高偉權; 蔡順進									





## 電量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KF1001 直流電壓源 直流電壓錶	多功能校正器 DATRON4808 數位電錶 HP 3458A	自訂之直流電壓量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-010)	100	mV	1000	V		36	μV/V
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF1002 直流電流源 直流電流錶	多功能校正器 DATRON4808 數位電錶 HP 3458A	自訂之直流電流量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-012)	100	μA	1	A		0.44	mA/A
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF1003 直流高壓表 直流高壓源	高壓分壓器 /ROSS/VD/60-12.5Y-B-KB-A 數位電表 /FLUKE/87V	自訂之直流高壓量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-100-001)	1	kV	20	kV	直流高壓表	2.0	%
			1	kV	20	kV	直流高壓源	2.0	%
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF1011 交流電壓源 交流電壓錶	多功能校正器 DATRON 4808 數位電錶 HP 3458A	自訂之交流電壓量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-011)	1	V	1000	V	@60 Hz, 1 kHz	0.50	mV/V
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF1012 交流電流源 交流電流錶	多功能校正器 DATRON 4808 數位電錶 HP 3458A	自訂之交流電流量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-013)	1	mA	1	A	@60 Hz, 1 kHz	2.9	mA/A
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KF1013 交流高壓表 交流高壓源	高壓分壓器 /ROSS/VD/60-12.5Y-B-KB-A 數位電表 /FLUKE/87V	自訂之交流高壓量測系統 校正程序 (文件編號: MT-C-100-002)	1	kV	20	kV	交流高壓表	2.0	%
			1	kV	20	kV	交流高壓源	1.0	%
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF3001 直流電阻錶 直流電阻源	標準電阻箱 IET HARS-X-3-.001 數位電錶 HP 3458A 十進電阻箱 BIDDLE 72-6346-1 電阻箱 IET 1433-33	自訂之直流電阻量測系統 校正程序 (文件編號: MT-C-103-021)	0.1	Ω	<1	Ω	電阻錶	2	mΩ/Ω
			1	Ω	<100	Ω	電阻錶	0.05	mΩ/Ω
			100	Ω	<1	MΩ	電阻錶	53	μΩ/Ω
			1	MΩ	100	MΩ	電阻錶	0.52	mΩ/Ω
			0.001	Ω	0.001	Ω	電阻錶	0.02	Ω/Ω
			0.01	Ω	0.01	Ω	電阻錶	2	mΩ/Ω
			1	Ω	1	Ω	電阻錶	0.05	mΩ/Ω
			10	Ω	10	Ω	電阻錶	34	μΩ/Ω
			100	Ω	100	Ω	電阻錶	32	μΩ/Ω
			1	kΩ	1	kΩ	電阻錶	30	μΩ/Ω
			10	kΩ	10	kΩ	電阻錶	30	μΩ/Ω
			100	kΩ	100	kΩ	電阻錶	30	μΩ/Ω
			1	MΩ	1	MΩ	電阻錶	55	μΩ/Ω
			10	MΩ	10	MΩ	電阻錶	89	μΩ/Ω
			100	MΩ	100	MΩ	電阻錶	0.28	mΩ/Ω
			0.001	Ω	< 0.01	Ω	電阻源	9	mΩ/Ω
			0.01	Ω	<1	Ω	電阻源	7.1	mΩ/Ω
1	Ω	<100	Ω	電阻源	81	μΩ/Ω			
100	Ω	<1	MΩ	電阻源	73	μΩ/Ω			
1	MΩ	100	MΩ	電阻源	0.6	mΩ/Ω			
1	Ω	1	Ω	電阻源	81	μΩ/Ω			
10	Ω	10	Ω	電阻源	71	μΩ/Ω			



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件  廠牌/型號	校正方法  文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件  說明	最小 不確定度	
			最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KF3001 直流電阻錶 直流電阻源	標準電阻箱 IET HARS-X-3-001 數位電錶 HP 3458A 十進電阻箱 BIDDLE 72-6346-1 電阻箱 IET 1433-33	自訂之直流電阻量測系統校正 程序 (文件編號: MT-C-103-021)	100	Ω	100	Ω	電阻源	73	μΩ/Ω
			1	kΩ	1	kΩ	電阻源	48	μΩ/Ω
			10	kΩ	10	kΩ	電阻源	48	μΩ/Ω
			100	kΩ	100	kΩ	電阻源	49	μΩ/Ω
			1	MΩ	1	MΩ	電阻源	0.6	mΩ/Ω
			10	MΩ	10	MΩ	電阻源	0.6	mΩ/Ω
			100	MΩ	100	MΩ	電阻源	0.6	mΩ/Ω
			0.001	Ω	<0.1	Ω	電阻錶	0.02	Ω/Ω
			0.1	Ω	0.1	Ω	電阻錶	0.3	mΩ/Ω
			0.001	Ω	0.001	Ω	電阻源	9	mΩ/Ω
			0.01	Ω	0.01	Ω	電阻源	7.1	mΩ/Ω
0.1	Ω	0.1	Ω	電阻源	0.3	mΩ/Ω			
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									
KF3008 數位高阻計	十進制電阻箱 BIDDLE/72-6346-1	自訂之數位高阻計/絕緣電阻校 正程序 (MT-C-108-007)	1	MΩ	20	MΩ	100 V	20	mΩ/Ω
			20	MΩ	100	MΩ	100 V	0.2	Ω/Ω
			1	MΩ	20	MΩ	250 V	20	mΩ/Ω
			20	MΩ	200	MΩ	250 V	0.2	Ω/Ω
			1	MΩ	20	MΩ	500 V	20	mΩ/Ω
			20	MΩ	200	MΩ	500 V	0.2	Ω/Ω
			200	MΩ	500	MΩ	500 V	1	Ω/Ω
			1	MΩ	200	MΩ	1000 V	0.2	Ω/Ω
			200	MΩ	2000	MΩ	1000 V	2	Ω/Ω
			2	GΩ	10	GΩ	1000 V	1	Ω/Ω
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 高偉權; 詹媛竹									



項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小 不確定度	
	廠牌/型號		文件名稱 /編號	最小 範圍	單位	最大 範圍		單位	說明
KF5003 靜電錶	交直流高壓分壓器 /ROSS /VD60-12.5Y-B-KB-AL	自訂之靜電錶校正程序 (文件編號: MT-C-95-080)	1	kV	20	kV	間距: 25 mm	0.08	kV/kV
報告簽署人: 朱維信; 林進亮; 徐源富; 徐澄欽; 詹媛竹									

## 電磁量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法	校正範圍				量測條件	最小 不確定度	
	廠牌/型號		文件名稱 /編號	最小 範圍	單位	最大 範圍		單位	說明
KG3001 照度計	光強度標準燈 ORIEL 63350 71171 光強度標準燈 OL 100U HTS-360 微電流計/光偵測器 KEITHLEY/LMT 6485 /--- 4459256/11B7251 直流電源供應器 Newport 69935 234	自訂之照度計量測系統校正程序 (文件編號: MT-C-95-151)	≥ 50	lx	< 500	lx		1.2	%
			≥ 500	lx	< 1000	lx		1.4	%
			≥ 1000	lx	< 1500	lx		1.2	%
			≥ 1500	lx	< 5000	lx		1.2	%
			≥ 5000	lx	< 10000	lx		1.2	%
			≥ 10000	lx	< 15000	lx		1.5	%
			≥ 15000	lx	< 20000	lx		1.5	%
			= 20000	lx		lx		1.5	%
報告簽署人: 王建驊; 朱維信; 徐源富; 徐澄欽									



## 化學量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件 廠牌/型號	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件 說明	最小 不確定度	
			最小 範圍	單位	最大 範圍	單位		數值	單位
KI2000 酸鹼度計	1.多功能校正器: AOIP/PJ6301/351004 2.酸鹼度計: METTLER /S475-Basic /B243450359 3.酸鹼度標準液 /(4, 7, 10) pH	自訂之酸鹼度計校正程序 (文件編號: MT-C-95-149)	pH 1		pH1		@ 25 °C	0.02	pH
			pH 4		pH 4		@ 25 °C	0.01	pH
			pH 7		pH7		@ 25 °C	0.01	pH
			pH 10		pH10		@ 25 °C	0.01	pH
			pH 13		pH13		@ 25 °C	0.02	pH
			20	°C	20	°C	溫度補償(斜率)	0.30	%
			60	°C	60	°C	溫度補償(斜率)	0.40	%
							電極應答斜率(@ 25 °C)	1.5	%
			pH 4		pH4		檢量線(@ 25 °C)	0.10	pH
			pH 7		pH7		檢量線(@ 25 °C)	0.10	pH
pH 10		pH10		檢量線(@ 25 °C)	0.10	pH			
報告簽署人: 朱維信; 徐澄欽; 蔡順進									
KI9900 電導度計	1.電導度計: METTLER /S475-Basic /B243450359 2.電導度標準液 /84, 1413, 12880 μS/cm	自訂之電導度計校正程序 (文件編號: MT-C-95-158)	84	μS/cm	84	μS/cm		3.0	%
			1413	μS/cm	1413	μS/cm		2.0	%
			12880	μS/cm	12880	μS/cm		2.0	%
報告簽署人: 朱維信; 徐澄欽; 蔡順進									

註: 最小不確定度係以約 95 %信賴水準之擴充不確定度表示  
(以下空白)

